

## 乾燥設備（烘箱）每年定期檢查表

系所單位		實驗室名稱		檢查日期	年 月 日	
項次	檢查部分 檢查項目	判 定 標 準	檢查方法	檢查結果	評估危害風險 (嚴重性及可能性分析)	改善措施 及追蹤
一	本 體	1. 設備外表完整、整潔無變形、無缺損、無脫漆、無腐蝕	目視			
		2. 加熱系統無洩漏，壓力表指示正確	檢點			
		3. 設備內無損傷、保溫材無脫落、無積存殘渣、無腐蝕	檢點			
二	排氣裝置	1. 吸排氣機功能正常，氣體無外洩	操作			
		2. 馬達運轉正常，無震動，無異聲	試轉			
		3. 傳動皮帶功能正常完整，無打滑	檢點			
		4. 傳動裝置防護罩完整無缺	檢點			
		5. 排氣罩完整無缺	檢點			
		6. 排氣孔開口部無異常	目視			
三	電器裝置	1. 配線支線路整齊無缺	檢點			
		2. 接地線正常，無鬆動，無脫落	檢點			
		3. 開關箱門完整無缺損	檢點			
		4. 各操作盤指示燈、儀表正常	目視			
四	加熱系統	溫度計(表)指示正常	目視			
五	其 他	1. 設置位置適當，周圍無易燃物及過熱之虞	檢點			
		2. 置有隔熱手套、耐熱圍裙等防護具	檢點			
說 明	1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 27 條辦理。 2. 檢查結果：正常打 V，異常打 X，如無此項檢點項目請以“-”示之。 3. 表格保存三年。 4. 每年檢查完後，送一份至職業安全衛生管理單位彙整備查。					
檢查人員 簽章		實驗場 所負責 人簽章		單位主 管簽章		