

# 有機溶劑作業檢點表

系所單位：

實驗室名稱：

項次	檢點內容	檢點日期【年 月】																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	確認有機溶劑作業已實施通風換氣，且通風設備效能正常																																	
2	確認每一作業機器均運作正常無異狀																																	
3	是否有直接接觸有機溶劑之現象																																	
4	存放及作業方式是否依據標準操作程序																																	
5	有機溶劑之容器是否加蓋																																	
6	作業中是否使用適當個人防護具																																	
7	有機溶劑是否標示其種類及名稱																																	
8	是否定期記錄有機溶劑之使用量																																	
9	檢點有機溶劑運作量是否在規定範圍內																																	
10	作業場所是否公告使用有機溶劑應注意事項																																	
11	確認作業現場不可放置飲水、食物於現場飲食																																	
12	確認現場嚴禁煙火																																	
	系所主管																																	
說明	1.以上所列項目及內容僅供參考，各單位得視現場情況自行增減或修訂其項目且應詳實記錄。 2.檢查結果正常狀態打V，異常狀態打X，當日無作業畫／。 3.依「有機溶劑中毒預防規則」第18條及「職業安全衛生管理辦法」第69條第1項辦理。 4.資料保存年限三年。																																	