

東吳大學排氣櫃(Cheical Hood)等設施單元每年定期自動檢查表

保存年限：3 年

系所單位：		實驗室名稱（號碼）：						實驗室管理人：							
檢查項目 檢查日期	排氣櫃外觀有無 破損、腐蝕、凹凸影 響其功能情形		室內、外導管 有無破損情形		空氣清淨裝置			排氣機有無損 傷、腐蝕、凹 凸或鬆動情形		排氣是否位 於頂樓排 放		吸氣 能力	故障原因與排除		檢查人員 簽名
	有	無	有	無	有	無	更換日期	有	無	是	否	吸氣(m/s)	狀況 原因	排除 方法	
年 月 日															
年 月 日															
年 月 日															
年 月 日															
年 月 日															
備 註	1.依據「職業安全衛生管理辦法」第 40 條規定，局部排氣裝置等應每年依規定定期實施檢查一次。 2.請每年確實進行自動檢查至少一次，並將此檢查表懸掛於排氣櫃(Cheical Hood)旁備查。 3.從事實驗或測試吸氣能力（風速）時，排氣櫃拉門高度應低於操作人員呼吸帶的高度。吸氣能力應應達 0.5m/s 以上。														