

第二種壓力容器設備每年定期檢查表

保存年限：3 年

系所			實驗室 名 稱			檢 查 日 期	年 月 日	
項次	檢 查 項 目	檢 查 基 準			檢 查 方 法	結 果	改善措施內容	改善追蹤
一	桶身檢查	內外面是否顯著損傷、腐蝕						
		內外面是否顯著裂痕、變形						
		蓋、凸緣等有否異常						
		閥、旋塞等有否異常						
		安全閥之性能有否異常						
		壓力錶之性能有否異常						
		排水閥是否堪用、堵塞						
		其他安全裝置之性能有否異常						
		其他保持性能之必要事項						
		二	機身檢查	各管路有無洩漏				
潤滑油是否有潤滑之作用								
皮輪、軸心是否磨耗之狀況								
過濾器動作是否正常、破裂、漏洩								
各部螺栓有無鬆動、掉落、損耗								
靜電接地是否正常								
馬達、壓縮幫浦是否有異常之現象								
檢查人員簽名			實驗室管 理人簽名			系所主 管簽名		
說 明	1.依「職業安全衛生設施規則」第 318 條規定辦理，並作記錄，保存三年。 2.檢查結果：正常 V，異常須送修或改善 X。							

保存年限：3 年